

**ZVEI Fachverband Elektrowerkzeuge
Standpunkt zu Herzschrittmachern
hinsichtlich Elektromagnetischer Felder (EMF)**

Messungen an Elektrowerkzeugen, durchgeführt nach EN 50366 (Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Elektromagnetische Felder - Verfahren zur Bewertung und Messung) haben ergeben, dass die von Elektrowerkzeugen erzeugten elektromagnetischen Felder deutlich unterhalb der Grenzwerte aus der Richtlinie 2004/40/EG des europäischen Parlamentes und des Rates vom 29. April 2004 (18. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) liegen.

Bei einem Gebrauch von Elektrowerkzeugen in einem Abstand von mind. 30 cm zum Herzschrittmacher sind uns bislang keine negativen Einflüsse auf den Herzschrittmacher bekannt.

Sollten dennoch Beeinflussungen des Herzschrittmachers spürbar sein, beenden Sie sofort den Gebrauch des Elektrowerkzeuges und konsultieren Sie den behandelnden Arzt.